



CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU
"Año del Cuatricentenario de la Publicación de los Comentarios Reales de los Incas"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

RESULTADOS MATERIAL PARTICULADO (PM₁₀) / EQUIPOS GRAVIMETRICOS ACTIVOS / MAYO 2009

FORMATO 02: MATERIAL PARTICULADO (PM₁₀)

Ciudad	Cusco	Mes	Mayo
Numero de Estaciones	05	Año	2009
Ubicación	Ciudad Cusco	Operador	I.Q. Danny Aguirre Bellido
Método de Muestreo y Análisis	Gravimétrico (Activo)	Responsable	DIRESA - CUSCO
Equipo de Muestreo	Impactador Harvard	Tipo de Data	24 Horas
Ultima Calibración de Equipos	Semanal	Unidades	µg/m ³
ECA	150 µg/m ³ para 24 Horas	Limite de Detección	— µg/m ³

Fecha	Concentración (µg/m ³)					Semana Epidemiológica
	JER	DES	WAN	BEL	TIO	
	(Puesto de Salud San Jerónimo)	(DIRESA Av. La Cultura)	(Puesto de Salud Wanchaq)	(Puesto de Salud Belén Pampa)	(Puesto de Salud de Ttio)	
4 - May	44	26	70	44	-	19
10 - May	92	26	70	45	35	20
16 - May	40	-	57	36	43	20
22 - May	-	-	-	-	-	21
28 - May	-	-	-	-	-	22
Promedio	59	26	66	42	39	46
Máximo	92	26	70	45	43	56
Mínimo	40	26	57	36	35	39


Observaciones: Corte de Luz (X), Mantenimiento (), Calibración (), Otros (X)
Otros: Programación errónea en los Timers.



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL



CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU
"Año del Cuatricentenario de la Publicación de los Comentarios Reales de los Incas"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"





GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL

CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU
"Año del Cuatricentenario de la Publicación de los Comentarios Reales de los Incas"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

RESULTADOS DIOXIDO DE NITROGENO (NO₂) / EQUIPOS DE DIFUSION / MAYO 2009

FORMATO 03: Dióxido de Nitrógeno (NO₂)

Ciudad: Cusco
Numero de Estaciones 15
Método de Muestreo / Análisis Difusión / Colorimetría
Equipo de Muestreo Tubos Pasivos
ECA 100 µg/m³ Anual - Referencial
Mes Mayo
Año 2009
Semana Epidemiológica 18 - 22
Operador I.Q. Danny Aguirre Bellido.
Responsable: DESA- CUSCO
Tipo de Data Mensual
Unidades: µg/m³
Limite de Detección --- µg/m³

Código de Ubicación	Lugar de Muestreo	Concentración (ug/m ³)
CU-01	Laguna de Huacarpay	4
CU-02	Puesto de Salud (San Jerónimo)	17
CU-03	Ladrillera Pillao-Matao (San Sebastián)	5
CU-04	Clínica Panamericana (Larapa)	6
CU-05	San Luís (Aeropuerto)	9
CU-06	Covipol Miravalle (Salineras)	5
CU-07	Los Pinos (Huancaro)	5
CU-08	Ayuda Mutua (Cercado)	7
CU-09	DIRESA (Av. La Cultura)	17
CU-10	Correo (Av. El Sol)	35
CU-11	Puesto de Salud (Belenpampa)	22
CU-12	Plaza de Armas del Cusco	7
CU-13	Plazoleta de Santa Ana	14
CU-14	San Benito (Tica Tica)	6
CU-15	Jardines de la Luz (Poroy)	3
Mediana	Ayuda Mutua (Cercado)	7
Máximo	Correo (Av. El Sol)	35
Mínimo	Jardines de la Luz (Poroy)	3


Observaciones: Corte de Luz (), Mantenimiento (), Calibración (), Otros ()



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL



CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU
"Año del Cuatricentenario de la Publicación de los Comentarios Reales de los Incas"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"





GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL



CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU
"Año del Cuatricentenario de la Publicación de los Comentarios Reales de los Incas"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

RESULTADO NO_x/ EQUIPO AUTOMATICOS / MAYO 2009

TABLA N° 03 : Hoja de Datos - Óxidos de Nitrógeno (NO_x)

Ciudad	: Cusco	Mes	: Mayo
Nombre de la Estación	: Hospital Regional Cusco	Año	: 2009
Código/Numero de Estación	: HRC	Semana Epidemiológica	: 18 - 23
Método de Muestreo y Análisis	: Quimiluminiscencia (Método Automático)	Operador	: Ing. Qco. Danny Aguirre Bellido
Equipo de Muestreo	: Analizador de NOx	Responsable:	: DIRESA - CUSCO
Código del Equipo	: 949-040120000	Tipo de Data	: 1 Hora
Ultima Calibración del Equipo	: 16/05/2008	Unidades:	: µg/m ³
ECA (µg/m ³)	: ---	Limite de Detección	: --- µg/m ³

DIA HORA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Prom.	Valor Máx.	Valor Min.
00:00	20	6	19	46	24	19	24	19	5	4	10	34	63	66	46	26	36	23	52	41	26	40		26	49	10	45	36	52	40	50	32	66	4
01:00	14	4	15	44	26	19	22	13	2	9	10	25	63	27	24	22	39	17	23	22	21	34		24	28	10	21	24	29	22	29	23	63	2
02:00	11	6	21	33	23	11	22	24	2	6	12	11	23	19	20	18	30	11	14	13	16	27		21	19	10	19	21	25	13	20	17	33	2
03:00	11	9	26	24	23	20	22	28	12	10	11	12	13	9	16	13	25	9	10	10	16	25		22	22	12	15	18	15	11	22	16	28	9
04:00	10	8	27	22	24	22	24	10	11	13	13	9	9	9	14	20	26	11	14	15	14	22		21	21	12	13	13	15	12	15	16	27	8
05:00	13	17	25	25	11	23	20	18	16	12	12	7	16	17	24	16	21	11	13	10	15	20		26	25	14	13	20	19	19	21	17	26	7
06:00	16	30	27	31	14	27	28	27	16	17	11	8	27	26	38	33	27	24	21	21	18	24		33	21	15	47	25	22	18	34	24	47	8
07:00	21	32	32	31	22	32	31	37	50	29	20	26	44	84	56	33	30	23	54	45	31	34		62	26	31	47	68	51	55	44	39	84	20
08:00	29	44	38	39	38	33	41	49	29	31	22	25	35	76	38	48	32	10	46	44	34	44		47	22	54	90	80	96	73	90	46	96	10
09:00	42	68	50	65	49	33	54	36	23	15	17	21	29	15	27	23	16	10	21	20		30		29	21	30	33	14	52	32	99	34	99	10
10:00	48	58	57	59	62	26	66	15	23	16	14	30	17	5	12	5	6	6	12	6		8	14	15	23	24	12	13	14	5	21	23	66	5
11:00	58	14	58	46	12	30	76	17	20	12	5	11	7	5	6	4	5	5	5	3		5		10	30	23	9	14	9	6	9	18	76	3
12:00	70	12	44	43	11	32	57			11	11	3	10	6	4	10	8	7	9	6	6	6	7	13	23	25	12	16	8	14	10	17	70	3
13:00	60	7	23	60	16	42	61	15	5	7	8	4	13	7	13	4	11	4	11	4	1	6	9	9	18	23	7	4	8	7	6	15	61	1
14:00	24	6	19	24	10	37	13	27	5	3	12	13	15	7	8	4	4	5	9	6	1	5	7	5	18	22	5	2	7	6	8	11	37	1
15:00	24	6	22	11	9	17	9	17	4	2	8	8	8	8	11	3	3	4	11	6	1	6	9	2	11	28	13	2	7	8	3	9	28	1
16:00	32	7	16	4	13	27	14	3	14	2	7	8	19	14	22	3	2	2	5	16	2	7	9	2	10	10	18	2	3	5	2	10	32	2
17:00	34	11	22	6	13	26	19	2	24	2	6	8	19	8	6	7	3	2	3	4	2	9	5	3	5	7	13	5	5	7	3	9	34	2
18:00	24	24	31	12	11	18	14	2	21	9	11	11	6	6	5	8	4	3	2	3	4	29	3	7	6	10	6	6	7	6	6	10	31	2
19:00	21	29	25	15	14	26	13	26	14	12	18	12	33	15	11	11	12	8	7	3	3	11	10	5	34	16	40	3	27	7	7	16	40	3
20:00	17	48	27	22	25	24	35	9	18	4	51	26	33	30	28	42	12	32	21	31	15	5	11	5	12	52	42	40	26	13	5	24	52	4
21:00	25	72	37	15	20	24	41	12	30	12	27	12	32	52	54	25	5	29	62	73	56	6	7	12	10	23	26	34	51	17	7	29	73	5
22:00	31	82	46	17	20	38	21	23	24	12	54	24	59	53	18	29	12	53	59	55	33		24	42	13	31	76	69	33	13	21	36	82	12
23:00	21	71	44	20	21	24	21	7	20	7	58	63	53	62	65	70	28	43	42	29	43		30	63	9	74	48	84	30	27	33	40	84	7
Prom.	28	28	31	30	21	26	31	19	17	11	18	17	27	26	24	20	17	15	22	20	17	18	11	21	20	24	28	26	25	18	23	22		
V. Máx.	70	82	58	65	62	42	76	49	50	31	58	63	63	84	65	70	39	53	62	73	56	44	30	63	49	74	90	84	96	73	99		99	
V. Min.	10	4	15	4	9	11	9	2	2	2	5	3	6	5	4	3	2	2	2	3	1	5	3	2	5	7	5	2	3	5	2		1	

Observaciones: Corte de Luz (X), Mantenimiento (X), Calibración () y Otros (X)
Otros: Datos Adquiridos con valores negativos, por lo que se consideran nulos.


EHA



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL



CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU
"Año del Cuatricentenario de la Publicación de los Comentarios Reales de los Incas"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"





GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL



CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU
"Año del Cuatricentenario de la Publicación de los Comentarios Reales de los Incas"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

TABLA N° 04 : Hoja de Datos - Monóxido de Nitrógeno (NO)

Ciudad : Cusco
Nombre de la Estación : Hospital Regional Cusco
Código/Numero de Estación : HRC
Método de Muestreo y Análisis : Quimiluminiscencia (Método Automático)
Equipo de Muestreo : Analizador de NOx
Código del Equipo : 949-040120000
Última Calibración del Equipo : 16/05/2008
ECA ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) : ---
Mes : Mayo
Año : 2009
Semana Epidemiológica : 18 - 23
Operador : Ing. Qco. Danny Aguirre Bellido
Responsable : DIRESA - CUSCO
Tipo de Data : 1 Hora
Unidades : $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Limite de Detección : --- $\mu\text{g}/\text{m}^3$

DIA HORA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Prom.	Valor Máx.	Valor Min.	
00:00	4	1	4	34	3	3			2	2	4	33	63	66	46	23	31	21	51	41	21	22		18	49		43	31	51	40	48	28	66	1	
01:00	1	1	2	32	4	4	1	1	1	3	4	25	63	26	22	17	37	10	20	20	16	15		18	21		14	13	22	15	27	16	63	1	
02:00	1	2	2	20	3	2	1	4	1	1	7	2	23	17	17	12	26	3	7	6	8	9		16	8		12	11	16		15	9	26	1	
03:00	1	3	4	7	2	4	2	6	6	2	4	2	10		12	7	20			1	13	8		17	13		6	7	2		19	7	20	1	
04:00	1	2	5	5	3	5	3		5	4	5	2	1	6	10	18	23		10	13	6	6		15	15	2	5			9	7	23	1		
05:00	2	5	4	8		6	2	3	8	3	10		14	17	23	14	19	5	8		9	3		22	19		7	12	8	14	19	10	23	2	
06:00	3	13	5	15	1	8	9	10	8	4	4	2	27	25	38	33	26	24	21	21	16	11		33	11	7	47	21	16	14	34	17	47	1	
07:00	6	14	12	14	4	15	13	22	50	23	18	25	44	84	56	32	29	22	54	45	31	26		62	20	26	47	68	51	55	44	34	84	4	
08:00	13	26	20	20	14	18	25	37	26	25	20	22	34	74	34	47	27	6	43	42	29	29		42	14	52	89	78	96	73	90	39	96	6	
09:00	23	43	27	39	22	15	31	9	16	5	10	16	23	8	21	15	7	6	11	17		8		17	9	16	21	5	41	36	94	21	94	5	
10:00	23	31	23	22	22	8	31	4	14	6	9	24	9	1	7		1	3	5				8	8	7	6	4	4	5			11	31	1	
11:00	24	5	18	10	4	8	25	5	12	6	4	7	3	0	1	1	1	2	1			1		3	6	4	2	4	2	2		6	25	0	
12:00	26	4	10	7	4	8	12			5	10	2	5	3	1	5	3	3	3	2	2	1	4	5	8	11	4	5		9	4	6	26	1	
13:00	18	2	5	9	7	10	10	10	1	2	4	3	8	3	7	1	4	2	6	1		1	4	2	4	7	2	1		3		5	18	1	
14:00	11	2	3	8	3	8	3	21	3	3	5	7	11	4	4	1	2	2	4	2	0	1	3		6	5				2	1	5	21	0	
15:00	11	2	3	4	3	4	2	10	3	2	4	6	4	4	6	1	1	2	5	2	1	1	4		2	6	7			3		4	11	1	
16:00	16	2	2	1	5	5	5	2	11	2	3	7	14	9	16	2	1	2	1	9	2	2	3	0	2	2	11			1		5	16	0	
17:00	19	3	5	2	6	4	6	2	19	2	4	5	12	4	1	3	2	2	2	2	2	2	3		0	2	6	1	0			4	19	0	
18:00	8	5	9	2	4	4	2	1	9	4	6	5	2	2	2	2	1	2	1	1	2	3	1		1	1		1	0	1		3	9	0	
19:00	10	8	3	2	4	10	3	23	3	6	14	5	32	10	6	5	6	5	6	1	2	1	5	1	18	10	33		21		9	33	1		
20:00	4	36	4	4	8	5	20	5	5	2	51	23	26	20	23	34	9	25	15	28	7	1	3	1	1	44	27	32	18		16	51	1		
21:00	8	72	14	2	7	5	23	5	17	9	26	6	27	49	53	12	2	22	59	72	54	1	2	4	1	14	12	32	46	6		22	72	1	
22:00	14	82	33	3	3	19		13	5	9	53	22	59	53	12	25	5	53	59	53	20		17	38	3	25	74	68	25		10	30	82	3	
23:00	6	63	33	4	4	2		2	12	5	58	63	53	62	65	70	23	43	41	19	26		23	62		74	46	84	32	21	29	37	84	2	
Prom.	11	18	10	11	6	7	11	9	10	6	14	13	24	24	20	17	13	12	19	19	13	7	6	19	10	17	24	25	25	18	32	15			
V. Máx.	26	82	33	39	22	19	31	37	50	25	58	63	63	84	65	70	37	53	59	72	54	29	23	62	49	74	89	84	96	73	94		96		
V. Min.	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	3	2	1	0	1	1	1	2	1	1	0	1	1	0	0	1	2	1	0	1	1	1		0	

Observaciones: Corte de Luz (X), Mantenimiento (X), Calibración () y Otros (X)

Otros: Datos Adquiridos con valores negativos, por lo que se consideran nulos.


EHA



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL



CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU
"Año del Cuatricentenario de la Publicación de los Comentarios Reales de los Incas"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"





GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL



CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU
"Año del Cuatricentenario de la Publicación de los Comentarios Reales de los Incas"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

TABLA N° 05 : Hoja de Datos - Dióxido de Nitrógeno (NO₂)

Ciudad	: Cusco	Mes	: Mayo
Nombre de la Estación	: Hospital Regional Cusco	Año	: 2009
Código/Numero de Estación	: HRC	Semana Epidemiológica	: 18 - 23
Método de Muestreo y Análisis	: Quimiluminiscencia (Método Automático)	Operador	: Ing. Qco. Danny Aguirre Bellido
Equipo de Muestreo	: Analizador de NOx	Responsable:	: DIRESA - CUSCO
Código del Equipo	: 949-040120000	Tipo de Data	: 1 Hora
Ultima Calibración del Equipo	: 16/05/2008	Unidades:	: µg/m ³
ECA (µg/m ³)	: 200	Limite de Detección	: --- µg/m ³

DIA HORA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Horas Total	Valor Máx.	Valor Min.
00:00	16	6	16	12	21	16	23	19	3	3	6						7	3			5	18		9		10		5				11	23	3
01:00	12	2	14	12	22	15	21	12	1	6	6				3	4	3	6	3	2	5	20		6	7	10	7	11	7	7	2	8	22	1
02:00	10	4	19	14	20	9	21	20	1	5	5	9				6	4	9	7	8	7	18		4	11	10	6	10	9	13	4	10	21	1
03:00	9	7	22	17	20	16	20	24	8	8	7	9	3	8	5	7	4	8	10	9	4	16		5	9	12	9	11	13	11	4	11	24	3
04:00	8	6	23	18	21	18	21	10	6	10	8	8	8	5	5	4	4	7	8	6	8	16		5	7	11	8	13	13	12	6	10	23	4
05:00	10	12	21	18	11	18	18	15	8	9	4	7	2				2	7	5	7	6	17		4	6	11	6	11	10	5		10	21	2
06:00	13	18	22	17	13	18	19	17	8	12	8	7									2	13			6	10	10		5	8	4	12	22	2
07:00	15	17	20	17	19	17	18	15		8												8			6	7						14	20	6
08:00	16	18	18	19	25	16	17	12	5	6	2	4			6		6	6	4	3	7	16		7	8							10	25	2
09:00	18	24	23	25	27	18	24	26	8	10	7	7	6	7	6	8	9	4	9	7		22		12	12	14	11	9	14	7		13	27	4
10:00	25	27	34	37	40	18	35	10	8	10	4	6	9	4	7	5	5	3	7	5		8	6	7	16	18	7	9	9	4	10	13	40	3
11:00	34	9	40	35	8	23	51	12	9	5	2	4	4	4	6	3	4	3	5	3		5		7	24	19	7	10	8	4	6	12	51	2
12:00	43	9	34	35	7	24	45			6	3	2	4	4	3	5	5	4	6	5	4	5	4	8	15	14	8	12	7	7	6	12	45	2
13:00	42	5	18	51	9	32	52	5	3	5	4	1	5	4	6	3	7	2	6	4	1	5	5	6	14	16	5	3	7	5	5	11	52	1
14:00	13	4	16	16	7	29	10	6	2	0	7	7	4	3	5	3	3	3	4	5	0	4	4	4	12	17	3	2	5	3	7	7	29	0
15:00	14	4	19	7	6	13	6	6	2		4	3	4	4	5	1	2	2	6	4		4	6	2	10	22	5	2	5	5	3	6	22	1
16:00	16	5	14	3	8	22	9	2	3		4	1	6	5	6	2	1	1	3	7		6	6	2	8	8	7	2	3	4	2	6	22	1
17:00	15	8	16	5	8	22	12	1	5	1	2	4	7	4	5	4	1		1	2	0	7	2	3	5	5	7	4	5	6	3	6	22	0
18:00	15	18	22	10	7	14	12	1	12	5	4	6	4	4	3	5	3	1		2	2	25	2	7	6	8	5	5	6	6	6	8	25	1
19:00	14	21	22	13	10	16	10	5	11	6	6	7		7	5	5	6	4	1	2	2	10	6	4	16	6	7	3	7	5	7	8	22	1
20:00	14	12	23	18	17	19	16	4	13	1			7	11	7	8	5	6	8		9	4	8	4	11		14	9	12	5	5	10	23	1
21:00	17		22	13	13	19	18	7	13	4			6	7		12	4	6				5	5	10	9	9	14	10	7	11	7	10	22	4
22:00	17		12	14	16	19	18	10	19	3		3			9		8				14		6		11	8			11	9	11	11	19	3
23:00	16		11	16	17	22	20	5	8	3										13	17		7		8				7	8	6	11	22	3
Prom.	18	11	21	18	15	19	21	11	7	6	5	5	5	5	5	5	4	5	6	5	5	11	5	6	10	12	8	7	8	7	6	9		
V. Máx.	43	27	40	51	40	32	52	26	19	12	8	9	9	11	9	12	9	9	10	13	17	25	8	12	24	22	14	13	14	13	11		52	
V. Min.	8	2	11	3	6	9	6	1	1	0	2	1	2	3	3	1	1	1	1	2	0	4	2	2	5	5	3	2	3	3	2		0	

Observaciones: Corte de Luz (X), Mantenimiento (X), Calibración () y Otros (X)
Otros: Datos Adquiridos con valores negativos, por lo que se consideran nulos.


EHA



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL



CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU
"Año del Cuatricentenario de la Publicación de los Comentarios Reales de los Incas"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"





GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL



CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERU
"Año del Cuatricentenario de la Publicación de los Comentarios Reales de los Incas"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

OBSERVACIONES:

En relación a los **equipos PM10**, el día 22 y 28 de Mayo de 2009, no realizo el monitoreo respectivo debido a que hubo que no se contaba con los insumos necesarios, los mismos que fueron solicitados en condición de préstamo a la DESA de Trujillo, ya que se había pedido en el área de logística para la compra de estos productos Filtros teflón de 37 mm y 10 micras de porosidad. Con lo que respecta al monitoreo de NO2 metodología de tubos pasivos se realizo de acuerdo a lo programado.

Con lo que respecta a los equipos automáticos, el funcionamiento fue normal de acuerdo a lo programado.