

RESULTADOS MATERIAL PARTICULADO (PM10) / EQUIPOS GRAVIMETRICOS ACTIVOS / OCTUBRE 2010

FORMATO 02: MATERIAL PARTICULADO (PM₁₀)

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Ciudad | Cusco | Mes | Octubre |
| Numero de Estaciones | 05 | Año | 2010 |
| Ubicación | Ciudad Cusco | Operador | I.Q. Nuria R. Reynaga Medina |
| Método de Muestreo y Análisis | Gravimétrico (Activo) | Responsable | DIRESA - CUSCO |
| Equipo de Muestreo | Impactador Harvard | Tipo de Data | 24 Horas |
| Última Calibración de Equipos | Semanal | Unidades | µg/m ³ |
| ECA | 150 µg/m ³ para 24 Horas | Limite de Detección | --- µg/m ³ |

| Fecha | Concentración (µg/m ³) | | | | | Semana Epidemiológica |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | JER (Direccion Regional de Salud Red - Sur) | DES (DIRESA Av. La Cultura) | WAN (Puesto de Salud Wanchaq) | BEL (Puesto de Salud Belén Pampa) | TIO (Puesto de Salud de Ttio) | |
| 04- Octubre | 90 | 55 | 84 | 74 | 77 | 41 |
| 10- Octubre | 91 | 32 | 93 | 42 | 69 | 42 |
| 16- Octubre | 81 | 26 | 57 | 33 | 51 | 42 |
| 22- Octubre | 57 | 23 | | 42 | | 43 |
| 28- Octubre | 101 | 66 | | 69 | 7 | 44 |
| Promedio | 84 | 40 | 78 | 52 | 51 | 61 |
| Máximo | 101 | 66 | 93 | 74 | 77 | 82 |
| Mínimo | 57 | 23 | 57 | 33 | 7 | 35 |

Observaciones: Corte de Luz (X), Mantenimiento (), Calibración (), Otros (X)
 Otros: Programación errónea en los Timers.

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Ciudad: Cusco | Método: Gravimétrico (Activo) |
| Mes: Octubre-2010 | Responsable: DESA - CUSCO (NRRM) |

Material Particulado (PM10) - Cada 24 Horas

