



RESULTADOS MATERIAL PARTICULADO (PM10) / EQUIPOS GRAVIMETRICOS ACTIVOS / ENERO 2011

FORMATO 02: MATERIAL PARTICULADO (PM₁₀)

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Ciudad | Cusco | Mes | Enero |
| Numero de Estaciones | 05 | Año | 2011 |
| Ubicación | Ciudad Cusco | Operador | I.Q. Nuria Rakel Reynaga Medina |
| Método de Muestreo y Análisis | Gravimétrico (Activo) | Responsable | DIRESA - CUSCO |
| Equipo de Muestreo | Impactador Harvard | Tipo de Data | 24 Horas |
| Ultima Calibración de Equipos | Semanal | Unidades | µg/m ³ |
| ECA | 150 µg/m ³ para 24 Horas | Limite de Detección | --- µg/m ³ |

| Fecha | Concentración (µg/m ³) | | | | | Semana Epidemiológica |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | JER (Dirección Regional de Salud Red - Sur) | DES (DIRESA Av. La Cultura) | WAN (Puesto de Salud Wanchaq) | BEL (Puesto de Salud Belén Pampa) | TIO (Puesto de Salud de Ttio) | |
| 04-Enero | 46 | 6 | 35 | 15 | 55 | 2 |
| 10-Enero | 51 | 4 | 33 | 12 | 29 | 3 |
| 16-Enero | 81 | 40 | 50 | 47 | 61 | 4 |
| 22-Enero | 72 | 35 | 51 | 44 | 10 | 4 |
| 28-Enero | 45 | 27 | 46 | 44 | 40 | 5 |
| Promedio | 59 | 22 | 43 | 32 | 39 | 39 |
| Máximo | 81 | 40 | 51 | 47 | 61 | 56 |
| Mínimo | 45 | 4 | 33 | 12 | 10 | 21 |

Observaciones: Corte de Luz (X), Mantenimiento (), Calibración (), Otros (X)
 Otros: Programación errónea en los Timers.

